



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ДИРЕКЦИЈА ФОНДА
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Др Александра Костића 9, 11000 Београд, Србија
Датум 3.12.2018. године

Одговори на питања у вези са јавном набавком, ЈНМВ 29/2018 – Гасни анализатор

Питање 1: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се понуди гасни анализатор чији принцип рада није заснован на компактној касети која садржи и реагенс и калибратор, већ има посебно сензор картицу/касету а посебно калибрациони пак? Овакав принцип рада (са посебном касетом и посебним калибрационим паком) има значајне предности у односу на компактну касету (комбиновани систем- касета са калибрационим паком) који се између осталог огледа и у брзини спремности апарата за анализу узорка након замене сваке касете.

Одговор 1: Техничким карактеристикама Наручилац је дефинисао да је принцип рада гасног апарата заснован на компактној касети која садржи сав потрошни материјал неопходан за мерење тражених параметара (реагенси и калибратори). Имајући у виду наведено, није прихватљиво да се понуди гасни анализатор чији принцип рада није заснован на компактној касети која садржи и реагенс и калибратор.

Питање 2: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се за техничке карактеристике које нису наведене у каталогу апарата докажу изјавом произвођача?

Одговор 2: У складу са конкурсном документацијом, уколико се из оригиналне произвођачке документације-каталога не могу потврдити све техничке карактеристике, понуђач је обавезан да достави потврду издату од стране произвођача апарата, којом се потврђује да апарат испуњава и карактеристике које нису експлицитно наведене у произвођачкој документацији, те којом потврђују да понуђена опрема испуњава све услове захтеване техничким карактеристикама.

Комисија за јавне набавке